



ATA DE OCORRÊNCIAS DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 20/2024 – PRC 24/2024
PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2024, EM 12 DE MARÇO DE 2024

Às **09:00:00** horas do dia **12** de março de **2024**, reuniram-se no site **www.licitardigital.com.br**, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão que tem como objeto: **"AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES, FRUSTRADOS NO PREGÃO ELETRONICO Nº 157/2023, PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS – CEM, CONSOANTE RESOLUÇÃO SES/MG n.º 8.123 de 26/04/2022"**

A participação na presente disputa dos itens evidencia terem os proponentes examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 08:00:00 horas do dia 12/03/2024, foram recebidas, por meio eletrônico, as propostas de preços dos fornecedores: *POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA, ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA, VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, SANDERS DO BRASIL LTDA, RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, BEAGA HOSPITALAR EIRELI, BAUMER S.A, CIRURTEC HOSPITALAR LTDA-EPP e VL FUZETI COMERCIAL, referentes ao item do aludido processo.*

De início, as empresas *POR SOL ENERGIA SOLAR COMERCIO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E LOCACOES LTDA* e *ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA* foram desclassificadas por anexarem documentos junto a proposta que possibilitassem a sua identificação, contrariando o disposto no item 7.1.5 do edital. Quanto às outras licitantes, constatou-se o atendimento das propostas apresentadas para os itens objeto desta licitação, classificando-se as mesmas (Obs.: ocorreram desclassificações de alguns fornecedores em alguns casos, todos descritos em relatório anexo). Procedeu-se a sessão de lances, observando-se o seguinte resultado:

RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 05.325.240/0001-80 – inicialmente detentora da melhor proposta, itens 1 e 11, sob valor total de R\$ 3.661,00 (Três mil, seiscentos e sessenta e um reais), não apresentou os índices para os exercícios de 2021 e 2022, sendo desta forma INABILITADA, com isso, frustrando o item 1 e o item 11 para a empresa *VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI*, segunda colocada.

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, CNPJ 08.380.296/0001-25 – vencedora para item 18 e posteriormente o item 11, sob valor total de R\$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais), apresentou Certidão Estadual vencida, sendo desta forma HABILITADA COM RESSALVA, com o prazo de 5 dias úteis para atualização do documento conforme lei complementar 123/2006, artigo 43.

SANDERS DO BRASIL LTDA, CNPJ 05.756.359/0001-07 – vencedora para o item 20 sob valor total de R\$ 15.900,00 (Quinze mil e novecentos reais), constatou-se o atendimento às exigências do edital, sendo desta forma declarada HABILITADA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro - CEP. 32.450-000 Estado de Minas Gerais
Fone: (31) 3577- 6531 - CNPJ: 01.612.509/0001-58

FRAGA PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ 07.758.951/0001-73 - vencedora para os itens 8 e 10, sob valor total de R\$ 100.528,00 (Cem mil, quinhentos e vinte e oito reais), constatou-se o atendimento às exigências do edital, declarada HABILITADA.

VL FUZETI COMERCIAL, CNPJ 05.523.731/0001-35, vencedora para o item 12, sob valor total de R\$ 8.350,00 (Oito mil, trezentos e cinquenta reais), constatou-se o atendimento às exigências do edital, declarada HABILITADA.

BAUMER S.A, CNPJ 61.374.161/0001-30 - vencedora para os itens 15 e 16, sob valor total de R\$ 159.000,00 (Cento e cinquenta e nove mil reais), constatou-se o atendimento às exigências do edital, declarada HABILITADA.

CIRURTEC HOSPITALAR LTDA-EPP, CNPJ 25.676.149/0001-16, vencedora para o item 14, sob valor total de R\$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais), constatou-se o atendimento às exigências do edital, declarada HABILITADA.

Informamos que os documentos de habilitação anexados na plataforma foram analisados após o encerramento dos lances. Importante ressaltar que cedido o prazo de duas horas para complementação da documentação complementar (Balanco e Índices) às empresas VISAMED, SANDERS, CIRURTEC e RCD (apenas essa não cumpriu).

Abriu-se o prazo para manifestação da intenção de recorrer dos atos e ante a ausência de manifestação de intenção de recurso, em tempo hábil, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previstos no instrumento editalício. Restaram como FRUSTRADOS os itens 1, 4, 5 e 6, FRACASSADOS os itens 3 e 13 e DESERTOS os itens 9, 17 e 19.


Ressaltamos que todo o detalhamento dos lances, documentos e demais atos pertinentes ao processo encontram-se disponibilizados na plataforma www.licitardigital.com.br.

Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a sessão e lavrou-se a presente ata que segue assinada pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

Sarzedo/MG, 12 de março de 2024.


Janaína dos Anjos Moreira

Equipe de Apoio


Heliton Augusto de Almeida Neto


Fernanda Cristina Rezende Oliveira
Pregoeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Especialidades Médicas
Antônio Dias Dos Santos



EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2024

ITENS INABILITADOS:

LOTE 02: ESTETOSCÓPIO (REPROVADO)

FORNECEDOR: RCD SISTEMA MÉDICO HOSPITALAR LTDA

#Edital: Não contém látex e DEHP (FTALATOS)

#Fornecedor: Não cita

FORNECEDOR: VISAMED

#Edital: Não contém látex e DEHP (FTALATOS)

#Fornecedor: Não cita

LOTE 07: CABO LARINGO (REPROVADO)

FORNECEDOR: VISAMED

#Edital: Cabo para adaptação de lâmina de laringoscópio (utilizado em conjunto com as lâminas de laringoscópio);

#Fornecedor: Cabo para adaptação de equipamento de retinoscopia.

LOTE 08: CARRO MACA PARA TRANSPORTE (REPROVADO)

FORNECEDOR: RCD

#Edital: dimensões específicas

#Fornecedor: folder apresentando modelo sem especificações, dimensões, etc.

FORNECEDOR: VISAMED

#Edital: rodízios 6"

#Fornecedor: rodízios de 5"

FORNECEDOR: BEAGÁ HOSPITALAR

#Edital: rodízios 6"= 15,24 cm

#Fornecedor: rodízios=12,5 cm

LOTE 10: MESA DE EXAMES (REPROVADO)

FORNECEDOR: VISAMED

#Edital: Movimentos: Coluna Hidráulica e Cremalheira; Base: Construída em tubos de aço inox 50x30x2,0mm

#Fornecedor: Movimentos: Comandos obtidos através de coluna hidráulica, acionados por pedais; Base: Confeccionada em tubo de aço carbono revestida com material termo plástico (não cita medidas).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Especialidades Médicas
Antônio Dias Dos Santos

CEM
Sarzedo

LOTE 12: DERMATOSCÓPIO (REPROVADO)

FORNECEDOR: RCD

#Edital: PigmentBoost; Régua Escala de 10mm; Garantia de 10 anos

#Fornecedor: Não cita; Não cita; Garantia de 01 ano

LOTE 15: GABINETE DE SECAGEM (REPROVADO)

FORNECEDOR: RCD

#Edital: 56 traqueias; tempo: 0-95minutos; câmara: 518 litros; 8 ciclos

#Fornecedor: 42 traqueias; tempo: 5-60 minutos; câmara: 355 litros; 3 ciclos

FORNECEDOR: VISAMED

#Edital: 56 traqueias; tempo: 0-95minutos; câmara: 518 litros; 8 ciclos

#Fornecedor: 42 traqueias; tempo: 5-60 minutos; câmara: 355 litros; 3 ciclos

LOTE 16: LAVADORA ULTRASSÔNICA (REPROVADO)

FORNECEDOR: RCD

#Edital: Deve ter 10 ciclos automáticos; Dotado de sistema de segurança que impede a abertura da porta, não causando riscos ao operador; O sistema deve conter condições básicas de comunicação à distância através do modem e/ou sistema supervisorio para manutenção remota;

#Fornecedor: Cinco programas de limpeza editáveis pelo usuário; Sensor magnético que interrompe o ciclo quando a tampa é aberta; Não cita.

FORNECEDOR: SANDERS

#Edital: Deve ter 10 ciclos automáticos; Dotado de sistema de segurança que impede a abertura da porta, não causando riscos ao operador; O sistema deve conter condições básicas de comunicação à distância através do modem e/ou sistema supervisorio para manutenção remota;

#Fornecedor: Cinco programas de limpeza editáveis pelo usuário; Sensor magnético que interrompe o ciclo quando a tampa é aberta; Não cita.

FORNECEDOR: VISAMED

#Edital: Deve ter 10 ciclos automáticos; Dotado de sistema de segurança que impede a abertura da porta, não causando riscos ao operador; O sistema deve conter condições básicas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Centro de Especialidades Médicas
Antônio Dias Dos Santos

CEM
Sarzedo

de comunicação à distância através do modem e/ou sistema supervisorio para manutenção remota;

#Fornecedor: Cinco programas de limpeza editáveis pelo usuário; Sensor magnético que interrompe o ciclo quando a tampa é aberta; Não cita.

LOTE 18: INCUBADORA DE TESTE BIOLÓGICO (REPROVADO)

FORNECEDOR: CIRURTEC

#Edital: alteração visual de cor do pH em 24 e 48h; Leitura Super Rápida 60°C resultado final em 24 minutos


#Fornecedor: não cita; informações técnicas e manual em inglês e espanhol.

LOTE 20: PISTOLA PRESSURIZADA: ÁGUA, AR E DETERGENTE

FORNECEDOR: CIRURTEC

#Edital: Pistola Pressurizada

#Fornecedor: folder totalmente divergente do preconizado em edital



Juliana Myriam Amaral Fraga
Coren - MG 552809
Coordenadora de Enfermagem do CEM

