

Ilustríssimo Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Sarzedo - MG

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO 52/2023
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 112/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO APARELHO MAMOGRAFO DIGITAL 2D, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA QUE SERÃO REALIZADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM, de acordo com as condições e especificações constantes do presente edital, inclusive seus anexos, especialmente o Anexo I, que veicula o Termo de Referência.

A **MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.245.855/0001-94, com sede na Rua das Canoas, nº 765 Andar 1 Andar 2 SI 302– Bairro Estrela do Oriente, Belo Horizonte – MG CEP 30.580-040, por seu representante legal infra-assinado, tempestivamente, vem, com fulcro na alínea “a”, do inciso I, do art. 109, da Lei nº 8666 / 93, à presença de Vossa Excelência, a fim de interpor

CONTRARRAZÕES,

Em face do incabível e inconsistente recurso apresentado pelas empresas **VMI TECNOLOGIAS LTDA** e **KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** para o item 01 e perante essa distinta Comissão de Licitação que de forma absolutamente brilhante classificou a **RECORRIDA**.

I – DOS FATOS

A empresa **MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA.**, distribuidora de equipamentos médico-hospitalares, idônea e capacitada para fornecimento de equipamentos certificados e registrados, estabelecida segundo as regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, ofertou proposta totalmente em consonância às necessidades da Prefeitura Municipal de Sarzedo, tendo ofertado um equipamento dentro do solicitado em edital para o item 01 – Aquisição de Aparelho Mamógrafo Digital 2D.

II – DA IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS DAS EMPRESAS RECORRENTES

As empresas **VMI TECNOLOGIAS LTDA** e **KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** para o item 01, alega em sua peça recursal apresentada a comissão e anexada nos autos do processo, que a **MHÉDICA**, não atende as exigências solicitadas em edital, com o modelo Selenia Dimensions 3000, conforme consta nos autos do processo e nossa proposta comercial.

As **RECORRENTES** alegam que em nosso manual, não possui qualquer referência ou comprovação da potência nominal do gerador de alta frequência, vejamos a seguir:

conforme descrito no manual registrado na Anvisa Página 55 como segue abaixo, a capacidade potência elétrica ou potência elétrica nominal se refere a mesma exatidão da informação da norma NBR IEC 60601-2-45, mas cabe salientar que atendemos a exigência da potência mesmo na classificação pois está acima dos 6Kw exigidos no descritivo técnico do edital pois foi realizado com 35Kv e 200mA acima do exigido na normativa.

A.5.7 Gerador de raios X

<i>Tipo</i>	<i>Inversor de frequência de alto potencial constante</i>
<i>Classificação</i>	<i>7,0 kW, máximo (isowatt), 200 mA em 35 kV</i>
<i>Capacidade de potência elétrica</i>	<i>9,0 kW máxima</i>

Página 55 - Documento cadastrado pela Recorrida.

Outro ponto citado pelas recorrentes é que a Mhédica deixou de informar em sua proposta informações exigidas no edital em relação ao equipamento.

Podemos observar em nossa proposta comercial, que foi informado a marca modelo e registro principal do equipamento ofertado conforme exigido, o que as recorrentes estão tentando driblar a comissão, são de acessórios que são adicionais aos equipamentos e que de toda forma são da mesma marca do equipamento principal e que não foram solicitados de forma obrigatório em edital este detalhamento.

Para fins de informação a esta digníssima comissão segue:

Estação de laudo mamografia – Workstation;
Marca Hologic modelo SecurViewDX - (SVDX-1200)

Registro de Produto na ANVISA / MS:80047300267

IMPRESSORA DE FILMES A SECO:

Modelo: Impressora de filmes

Mamografia

Sistema laser de impressão de filmes radiológicos a seco, possui as seguintes especificações:

Impressora de filmes Laser

Marca Fujifilm modelo DryPix Smart (dryPix 6000);

Registro de Produto na ANVISA / MS: 80022060025

Aos demais pontos alegados de forma infundada pela empresa KONICA, que totalmente inconformada pela sua desclassificação, tenta de todas as formas BURLAR os procedimentos licitatórios exigidos em edital, encaminhando sua peça recursal TOTALMENTE fora dos padrões exigidos no item 13 do edital que é claro e diz:

13. DOS RECURSOS

13.15. Declarado o vencedor ou restando fracassado, o licitante, inclusive aquele que foi desclassificado antes da sessão de lances, poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer. Esta manifestação deverá ser realizada via sistema eletrônico, **nos 30 (trinta) minutos imediatamente posteriores ao ato da declaração de vencedor ou fracassado.**

13.15.1. A manifestação a que se refere o subitem anterior deverá ser motivada e efetivada através do botão virtual "intenção de recurso" do sistema eletrônico

13.16. A pregoeira negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido.

13.17. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

13.18. Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação de suas razões.

13.19. Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

13.20. A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como documentos complementares, será via sistema eletrônico.

A fim de deixar claro nossa seriedade em participação em todos os processos licitatórios no qual participamos e comprovando nossa idoneidade, será esclarecidos os pontos alegados a seguir:

A MHÉDICA conforme apresentado nos documentos anexados nos autos do processo, é DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA EM MINAS GERAIS da marca HOLOGIC garantindo assim a todos os nossos clientes ENTREGA, MANUTENÇÃO e INSTALAÇÃO juntamente com o fabricante de todos os equipamentos comercializados, não cabendo amadorismo em nosso profissionalismo e seriedade em nosso trabalho. Cabe ressaltar também, que a MHÉDICA como a KONICA possui certificado de BOAS PRATICAS DE DISTRIBUIÇÃO e ARMAZENAMENTO cumprindo a legislação sanitária vigente exigida pela autoridade competente.

Comprovando a capacidade de fornecimento do equipamento, abaixo segue nossos índices liquidez de forma exemplar, que temos total capacidade de fornecimento não só destes equipamentos, como em todos que fazem parte do nosso portfólio.

Mhédica Service Comércio e Manutenção Ltda
CNPJ - 08.245.855/0001-94
NIRE: 3120760619-1

Balanco Patrimonial Realizado 31 de Dezembro de 2021

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		44.418.011,67
DISPONÍVEL		
CAIXA	4.000,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	261.005,29	
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	4.257.744,15	
DESPESAS A APROPRIAR	<u>71.563,55</u>	4.594.312,99
REALIZÁVEL		
CONTAS A RECEBER	8.617.547,16	
(-)PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(287.012,63)	
OUTROS CREDITOS	7.760.094,44	
ESTOQUES	<u>23.733.069,71</u>	39.823.698,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.082.560,46
OUTROS CREDITOS		
DUPPLICATAS A RECEBER	5.054.248,65	
CREDITOS COM TERCEIROS	<u>21.251,02</u>	
TRIBUTOS A RECUPERAR	7.060,79	
ATIVO PERMANENTE		1.525.282,90
INVESTIMENTOS		
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	<u>3.000,00</u>	3.000,00
IMOBILIZADO		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.813,91	
INSTALAÇÕES	146.916,00	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	345.793,94	
VEÍCULOS	385.078,81	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	71.089,42	
EQUIPAMENTOS	667.855,10	
USINA FOTOVOLTAICA	122.870,40	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	<u>(375.087,84)</u>	1.497.329,74
ATIVO DIFERIDO		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	<u>24.953,16</u>	24.953,16
TOTAL DO ATIVO		<u>51.025.855,03</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no Ativo quanto no Passivo, o valor total de R\$51.025.855,03 (Cinquenta e Um Milhões Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Três Centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021

Mhédica Service Comércio e Manutenção Ltda

CNPJ - 08.245.855/0001-94

NIRE: 3120760619-1

Balanco Patrimonial Realizado 31 de Dezembro de 2021

PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		6.161.512,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.403.837,48	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	283.703,60	
FORNECEDORES	491.505,67	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	446.896,77	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	385.687,27	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>149.881,66</u>	6.161.512,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.554.702,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
EMPRÉSTIMOS	711.666,78	
PARCELAMENTOS	793.506,65	
FORNECEDORES	<u>49.528,89</u>	1.554.702,32
PATRIMONIO LÍQUIDO		43.309.640,26
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL REALIZADO	500.000,00	500.000,00
RESERVAS		
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	18.886.730,03	18.886.730,03
RESULTADOS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS	21.522.083,58	
AJUSTE RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.043.549,56	
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO	(859.461,27)	
LUCRO NO EXERCÍCIO	<u>1.216.738,36</u>	23.922.910,23
TOTAL DO PASSIVO		<u>51.025.855,03</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021 de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no Ativo quanto no Passivo, o valor total de R\$51.025.855,03 (Cinquenta e Um Milhões Vinte e Cinco Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Tres Centavos)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021

STEFANIE
SORBELLO:06
404566931

Assinado de forma digital por STEFANIE SORBELLO:06404566931
Dados: 2022.05.04 15:46:19 -03'00'

Mhédica Service Comércio e Manutenção Ltda
Stefanie Sorbello - Sócia Administradora
CPF: 064.045.669-31 CI: MG.14.394.539 SSP/MG

RENATO CERQUEIRA DE OLIVEIRA:35544279691

Assinado de forma digital por RENATO CERQUEIRA DE OLIVEIRA:35544279691
Dados: 2022.05.04 14:41:01 -03'00'

Renato Cerqueira de Oliveira
Contador CRC/MG 042629/O-9
CPF: 355.442.796-91

Mhédica Service Comercio e Manutenção Ltda

CNPJ - 08.245.855/0001-94

NIRE: 3120760619-1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31/12/2021

(+) RECEITA OPERACIONAL		
VENDA DE MERCADORIAS	70.900.155,79	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.932.099,04	
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(1.269.431,87)	
(-) IMPOSTOS	(16.369.938,82)	55.192.884,14
(+) OUTRAS RECEITAS		
RECEITAS FINANCEIRAS	1.911.097,34	
OUTRAS RECEITAS	641.564,29	2.552.661,63
(+) RECEITA LÍQUIDA		
		57.745.545,77
(-) CUSTOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	46.024.891,16	
CUSTO MÃO DE OBRA DIRETA	4.131.964,55	
CUSTO DOS SERVIÇOS TOMADOS	1.876.055,85	(52.032.911,56)
(=) LUCRO BRUTO		
		5.712.634,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS GERAIS	1.749.633,23	
DESPESAS FINANCEIRAS	607.211,40	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	257.539,55	
OUTRAS DESPESAS	850.141,72	
DESPESAS C/DEPRECIACÕES	191.585,92	(3.656.111,82)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS	176.254,26	(176.254,26)
(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		
		1.880.268,13
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA		
		(482.413,95)
PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
		(181.115,82)
(=) RESULTADO NO EXERCÍCIO		
		1.216.738,36

Importa a Presente Demonstração de Resultado com Lucro de R\$1.216.738,36 (Hum Milhão, Duzentos e Dezesesse Mil, Setecentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Seis Centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021

STEFANIE
SORBELLO:064
04566931

Assinado de forma digital por STEFANIE SORBELLO:06404566931
Dados: 2022.05.04 15:46:43 -03'00'

Mhédica Service Comércio e Manutenção Ltda
Stefanie Sorbello - Sócia Administradora
CPF: 064.045.669-31 CI: MG.14.394.539 SSP/MG

RENATO CERQUEIRA DE
OLIVEIRA:35544279691

Assinado de forma digital por RENATO CERQUEIRA DE OLIVEIRA:35544279691
Dados: 2022.05.04 14:41:29 -03'00'

Renato Cerqueira de Oliveira
Contador CRC/MG 042629/O-9
CPF: 355.442.796-91

MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA

Análise Econômico-financeira - Período encerrado em 31/12/2021


Indicadores	Composição	Valores (R\$)	Índices
Endividamento Total	<i>Passivo Circulante + Passivo não Circulante (LP)</i>	7.716.214,77	0,15
	<i>Ativo</i>	51.025.855,03	
OBS.: Quanto <u>menor</u> , melhor. O capital de terceiros representa 12% do ativo total.			
Composição de Endividamento	<i>Passivo Circulante</i>	6.161.512,45	0,80
	<i>Passivo Circulante + Passivo não Circulante (LP)</i>	7.716.214,77	
OBS.: Quanto <u>menor</u> , melhor. As obrigações a curto prazo representam 76% das obrigações totais.			
Solvência Geral	<i>Ativo</i>	51.025.855,03	6,61
	<i>Passivo Circulante + Passivo não Circulante (LP)</i>	7.716.214,77	
OBS.: Quanto <u>maior</u> , melhor. O Capital próprio e os investimentos equivalem a 843 % do capital de terceiros.			
Liquidez Geral	<i>Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP</i>	49.500.572,13	6,42
	<i>Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (LP)</i>	7.716.214,77	
OBS.: Quanto <u>maior</u> , melhor. A empresa possui R\$ 8,16 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.			
Liquidez Corrente	<i>Ativo Circulante</i>	44.418.011,67	7,21
	<i>Passivo Circulante</i>	6.161.512,45	
OBS.: Quanto <u>maior</u> , melhor. A empresa possui R\$ 10,55 no ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.			
Liquidez Seca	<i>Ativo Circulante - Estoques</i>	20.684.941,96	3,36
	<i>Passivo Circulante</i>	6.161.512,45	
OBS.: Quanto <u>maior</u> , melhor. A empresa possui R\$6,21 no ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.			

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021.

ENATO CERQUEIRA
E
LIVEIRA:35544279691
Assinado de forma digital por
RENATO CERQUEIRA DE
OLIVEIRA:35544279691
Data: 2022.05.04 14:41:55
-02'00'

Renato C.Oliveira
CRC/MG: 42.629

Índices de Avaliação Econômico-financeira



Outro ponto que a empresa cita é sobre os atestados que sequer ela mesma teve o cuidado de análise, pois podemos observar que os documentos apresentados foram de equipamentos de imagem e inclusive da mesma marca do objeto ofertado HOLOGIC. Sobre esse ponto sem mais.

E não é só, vamos reforçar o não atendimento da empresa KONICA no processo de forma clara e abjetiva.

A proposta da Konica Minolta com o modelo Delicata Evolution DR, colocamos que foi ofertado na proposta o modelo Delicata Evolution DR apresentado catálogo do modelo Deliciata DR, o que dificulta a avaliação e somente serve para confundir as informações;

Segue abaixo a informação de não atendimento na descrição técnica do edital relativa à potência nominal de igual ou superior 6 kW, **página 211 do manual registrado na Anvisa;**

<p>Potência elétrica nominal dada como a potência de saída elétrica constante mais alta em quilowatts que o Gerador de Raios X pode fornecer a uma tensão de tubo de Raios X de 30 kV, para um tempo de carregamento de 1 s, um tempo de ciclo de 1,0 minuto e por um número indefinido de ciclos, ou se esses valores não forem selecionáveis, em uma tensão de tubo de Raios X mais próxima de 30 kV, para um tempo de carregamento mais próximo, mas não inferior a 1 se um tempo de ciclo de 1,0 minuto e por um número indefinido de ciclos (IEC 60601-2-45: 201.7.9.2.1.d)</p>	<p>Modo 2D: Foco Grosso: 30kV*135mA = 4050W Foco Fino: 30kV*50mA = 1500W</p>
<p>A energia elétrica nominal deve ser fornecida juntamente com a combinação de tensão do tubo de Raios X e corrente do tubo de Raios X e tempo de carregamento (IEC 60601-2-45: 201.7.9.2.1.e)</p>	<p>Modo 2D: Foco Grosso: 30kV*135mA = 4050W Tempo de carregamento: 4,74" Foco Fino 30kV*50mA = 1500W Tempo de carregamento: 4,40"</p>

Também não atende as especificações da característica técnica relativa a janela de berílio; pois no edital solicita Janela permanente de Berílio espessura mínima de 0,63 mm, somente atende com a descrição com o tubo modelo Varex M113T, não informado na proposta, mas não atende a solicitação de rotação do anodo Velocidade Anodo: 9000 RPM; mas se for atendido pela rotação do anodo no modelo **I.A.E. XM1016 T e I.A.E. XM1016 T** não atende a solicitação da janela de berílio de 0,63mm; Nas páginas 210, 211, 212, 213, 214 e 215 do manual da Anvisa.

TUBO DE RAIOS X OPCIONAL	I.A.E. XM1016 T
Velocidade de rotação do ânodo	3000 rpm (opcionalmente 10000 rpm)

Janela de Raios X	0,5 mm de Berílio
-------------------	-------------------

TUBO DE RAIOS X PADRÃO	I.A.E. XM1016 T
Velocidade de rotação do ânodo	3000 rpm (opcionalmente 10000 rpm)
Janela de Raios X	0,5 mm de Berílio

TUBO DE RAIOS X OPCIONAL (SOMENTE PARA modelos 2D)	VAREX M113T
Velocidade de rotação do ânodo	3000 rpm 50 Hz
Janela de Raios X	0,63 mm Berílio

Estas informações em separado não retratam as informações completas conforme informado acima, pois os tubos de raios-x possuem modelos e características diferentes, expostas no manual da Anvisa. Estas informações somente servem para confundir a administração pública.

Seção XI – Especificações técnicas	
Faixa de tensão do tubo de Raios X quando a tensão do tubo de Raios X é controlada pelo AEC (IEC 60801-2-45: 201.7.9.2.1.i)	20-49 kV
Janela de Raios X	0,63 mm Berílio
Proteção de Raios X do invólucro	$\geq 0,5$ mm Pb equivalente
Filtração inerente	0,0 mm Al IEC 522: 1999-02
HVL medido a 28 kV	$>0,5$ mm Al equiv.
Filtração total	$>0,5$ mm Al

Tubo de Raios X com ânodo biangular de tungstênio:	<ul style="list-style-type: none"> • Pontos focais de 0,1 e 0,3 mm • 3.000 rpm (opcionalmente 10.000 rpm) • Capacidade máxima de armazenamento de calor do anodo de 300 kHU • Filtro automático (50 μm Ródio/50 μm Prata/500 μm Alumínio específico para exames TOMO). • Opcionalmente, 700 μm de alumínio podem ser fornecidos para solicitações específicas; • Opcionalmente, 300 μm predisposições de cobre para implementação futura
Dispositivo de colimação	<ul style="list-style-type: none"> • Dinâmica com reconhecimento automático do formato e posição da bandeja de compressão • Seleção automática da combinação ânodo/filtro com o modo de exposição automática.

A empresa KONICA como podemos observar em seus documentos anexados em portal, ofertou equipamentos diferentes no processo, para que caso ganhasse pudesse escolher dentre eles qual ofertaria, prática desleal dentro do processo. Podemos visualizar que a mesma, apresentou documentos diferentes em cada fase do pregão, sendo totalmente desleal a disputa, confundido a análise e ainda em desacordo com as exigências do edital.

Não basta ter a melhor oferta senhores e sim oferecer um equipamento que esteja dentro do exigido em edital.

Claramente a KONICA está tentando tumultuar e burlar o processo desde o início, oferecendo dois modelos no processo, apresentando intenção de recurso fora dos padrões exigidos em edital e ainda forçar a comissão na aceitação ofertando recurso via e-mail, com alegações infundadas e descabidas, tentando ganhar o processo na deslealdade e no “grito”.

Não resta dúvidas que a intenção da Recorrente é somente tumultuar o processo postergando a compra do equipamento pelo estimado órgão e privando assim a população de ter acesso breve ao tipo de assistência que pode ser oferecida com a compra, tudo por estar inconformada de sua desclassificação que por sinal de forma justa, pelo não atendimento as exigências editalícias.

III- NOSSA CONTRARRAZÃO

Ressaltamos que os atos praticados pela Administração através da Comissão do certame público, em seus procedimentos licitatórios, obrigatoriamente, são pautados pelos princípios da isonomia e da legalidade, em consonância com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.666/93: “Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade.

IV – DOS PEDIDOS

- Em que preze o zelo e o empenho desta digníssima Comissão de Licitação em guardar o caráter isonômico do procedimento, respeitando os Princípios da Legalidade, da Impessoalidade, da Moralidade Administrativa, da Economicidade, da Razoabilidade e da Supremacia do Poder Público, pede-se que o Recurso apresentado pela empresa **VMI TECNOLOGIAS LTDA e KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA** seja **INDEFERIDO**

Não sendo este o entendimento de V. Sa., requer sejam os autos remetidos à autoridade superior competente, para que, após análise dos mesmos, defira o presente pedido, dando seguimento ao processo.

Pelo que **PEDE DEFERIMENTO**,

Belo Horizonte, 10 de maio de 2023.

MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA.

CNPJ:08.245.855/0001-94

Stefanie Sorbello

ID. MG 14394539 / CPF:064.045.669-31

Diretora de Operações

08 245 855/0001-94
MHEDICA SERVICE COM. E MANUT. LTDA.
Rua das Canoas, 765 - Andares 1º e 2º Sl. 302
B. Estrela do Oriente - CEP 30580-040
BELO HORIZONTE - MG