



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro – CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (31) 3577- 6531 - CNPJ: 01.612.509/0001-58

ATA DE ANÁLISE DE PROPOSTAS

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 185/2021 – PRC 209/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 112/2021, EM 04 DE JANEIRO DE 2022

Aos 06 dias do mês de Janeiro de 2022, às 10H30MN, a Pregoeira vem emitir ata acerca da análise das propostas do processo acima epigrafado, tendo em vista o recebimento de relatório (em anexo) emitido pela Coordenação do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas. As ocorrências constam do quadro abaixo:

Licitante	Ocorrências
DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Apresentou proposta em conformidade com o disposto no edital.
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Apresentou proposta em conformidade com o disposto no edital.
ATUANTE COMERCIAL LTDA	Apresentou proposta em conformidade com o disposto no edital.
HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	Apresentou proposta em conformidade com o disposto no edital.
DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA	Apresentou proposta em conformidade com o disposto no edital.
DANIEL MONTEIRO DE FREITAS EIRELI	DESCLASSIFICADA: Item 4 - Equipamento ofertado não possui turbina completa em liga de bronze; Item 8 - Equipamento não possui placa de comando sob o assento da cadeira, a fim de evitar oxidação; também não atende ao quesito 3 movimentos automáticos sincronizados (3 posições de trabalho programáveis pelo CD e volta a zero automático), não possui válvulas individuais com sistema anti refluxo, a fim de evitar contaminação cruzada, não possui reservatório de água tipo pet com filtro, evitando entupimento dos instrumentos. Item 12 - Equipamento não atende as necessidades desta Administração, tendo em vista não serem ergonômicos e gerarem um número considerável de reclamações por parte dos profissionais da Odontologia. Em ocasião anterior foram adquiridos mochos da fabricante Dentemed e o mesmo se mostrou inútil para utilização pelo profissional da Odontologia, tendo inclusive sido excluído dos consultórios e promovida a baixa do patrimônio, o que gera prejuízo ao erário.
PROMO DENTAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	DESCLASSIFICADA: Item 3 - Equipamento ofertado não possui capa de caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável; Item 8 - Equipamento não possui placa de comando sob o assento da cadeira, a fim de evitar oxidação; também não atende ao quesito 3 movimentos automáticos sincronizados (3 posições de trabalho programáveis pelo CD e volta a zero automático), não possui válvulas individuais com sistema anti refluxo, a fim de evitar contaminação cruzada, não possui



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro – CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (31) 3577- 6531 - CNPJ: 01.612.509/0001-58

reservatório de água tipo pet com filtro, evitando entupimento dos instrumentos.

Item 12 - Equipamento não atende as necessidades desta Administração, tendo em vista não serem ergonômicos e gerarem um número considerável de reclamações por parte dos profissionais da Odontologia. Em ocasião anterior foram adquiridos mochos da fabricante Dentemed e o mesmo se mostrou inútil para utilização pelo profissional da Odontologia, tendo inclusive sido excluído dos consultórios e promovida a baixa do patrimônio, o que gera prejuízo ao erário.

Pela desclassificação da empresa PROMO DENTAL no item 3, faz-se necessário retomar a fase de lances do referido item. Não havendo mais nada a tratar, lavrou-se a presente ata que depois de assinada, será encaminhada aos interessados, publicada e divulgada no site www.sarzedo.mg.gov.br para que produza efeitos. Sarzedo/MG, 06 de janeiro de 2022.

Fernanda Cristina Rezende Oliveira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Estado de Minas Gerais

Sarzedo, 06 de janeiro de 2022

Ofício:01//2022

De: Secretaria Municipal de Saúde/ setor odontologia

Para: Secretaria Municipal de Saúde/ setor compras saúde

Assunto: Parecer técnico do Edital de pregão presencial nº112/2021

Foi analisada pelo responsável técnico em odontologia da empresa GTO as propostas fornecidas pelas empresas tendo sido identificado a algumas inconformidades dos equipamentos ofertado com as especificações solicitadas sendo elas:

Item 3 Empresa Promo Dental desclassificado pelo equipamento não possuir Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e Autoclavável. O equipamento acompanha duas capas da caneta. Esse item precisa ser revisto

Item 4 Empresa DMF Equipamentos desclassificado pelo equipamento não possuir turbina completa em liga de bronze, Rotor e a tampa do rotor de metal.

Item 8- Empresa PromoDental e DMF Equipamentos desclassificado pelo equipamento não possuir Placas de comando sob o assento da cadeira, a fim de evitar oxidação 3 movimentos automáticos sincronizados (3 posições de trabalho programáveis pelo CD e volta a zero automática, Válvulas individuais com sistema anti-refluxo, a fim de evitar contaminação cruzada. Reservatório de água tipo pet com filtro, evitando entupimentos dos instrumentos.

Item 12- Empresa PromoDental e DMF Equipamentos desclassificado face a experiência negativa deste Setor de Odontologia em aquisições anteriores demonstrando que os mochos não são ergonômicos, os profissionais de saúde bucal reclamam muito deles, tendo sido inutilizados para atendimento odontológico, inclusive com a baixa do patrimônio que gera prejuízo ao erário. Este laudo resume a nossa experiência, unânime, de toda a equipe de saúde bucal do município de Sarzedo.

Atenciosamente,

Mara Resende
Gerente do CEO

Cristina Fonseca Viana Sobreira
Coordenadora de saúde bucal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Estado de Minas Gerais

Sarzedo, 09 de outubro de 2020.

Laudo de Equipamentos odontológicos insatisfatórios

Este laudo se baseia na experiência do setor de saúde bucal com os equipamentos odontológicos da marca DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. Em 2009 compramos uma cadeira odontológica e dois mochos da marca DENTEMED modelo Magnus Ouroflex, para unidade de saúde do Vera Cruz. Tentamos trabalhar com ele durante um ano e meio. Estes equipamentos apresentaram problemas desde o início. Sempre interrompendo os atendimentos aos usuários por defeitos na cadeira. Durante um ano de garantia tivemos dificuldades com a assistência técnica da DENTMED. Que demoravam para vir prestar ao município e quando viam prestar o atendimento de manutenção da cadeira, que não funcionava, rapidamente a cadeira odontológica dava defeitos novamente.

Quando acabou a garantia deste equipamento, os técnicos que prestavam serviço de manutenção para a prefeitura, tentavam fazer adequações para o equipamento funcionar. Trocando peças deste equipo por de outras marcas de equipamentos odontológicos, para tentar melhorar o funcionamento da cadeira odontológica DENTEMED.

Depois de tanto trabalho, compramos outro equipamento através de licitação para a unidade Vera Cruz, onde o mesmo se encontra até hoje em funcionamento sem maiores problemas, apenas com manutenções preventivas. E este equipamento DENTEMED foi recolhido para dar baixa no patrimônio e inutilizado com apenas um ano e meio de uso. Os mochos não eram ergonômicos os profissionais de saúde bucal reclamavam muito deles e foram inutilizados para atendimento odontológico também.

Além disso no pregão n°49/2020 os equipamentos da empresa citado acima, não atende ao edital da licitação nos itens 51,52,53,58,59.

Este laudo resume a nossa experiência, unânime, de toda a equipe de saúde bucal do município de Sarzedo com a marca DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.

Atenciosamente,

Cristina Fonseca Viana Sobreira
Coordenação de saúde bucal

Mara Lúcia Resende
Gerente CEO

Assunto Parecer técnico corrigido

De <odontologia@sarzedo.mg.gov.br>

Para Comprassaude <comprassaude@sarzedo.mg.gov.br>

Data 2022-01-07 09:34



-
- Parecer técnico do Edital de pregão presencial nº1122021.docx (14 KB)

BOM DIA!

SEGUE NOSSO PARECER PARA ANALISE E CORREÇÃO. ATENCIOSAMENTE,

MARA/CRISTINA