



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO

Rua Eloy Cândido de Melo, nº 477 - Centro – CEP. 32.450-000

Estado de Minas Gerais

Fone: (31) 3577-6531 CNPJ: 01.612.509/0001-58

## Errata - Pregão Presencial 58/2021

**Objeto:** Registro de Preços para Futura e eventual aquisição de materiais e insumos de uso médico-hospitalar para atender as Unidades Básicas de Saúde, SAD, CEO e UPA 24 hrs.

Trata-se de **ERRATA** ao edital em epígrafe, haja visto modificações necessárias no descritivo de itens do edital para ampliar a disputa no processo epigrafado.

Os itens que menciona esta errata, parte integrante do edital, passam a vigorar com a seguinte descrição:

Item	Especificação	Quant	Unid
84.	Eletrodo de monitor cardíaco e ecg descartável tamanho adulto: eletrodo de monitor cardíaco e ecg, descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho adulto, formato em gota. <b>Pct contendo entre 30 e 100 unidades.</b>	UN	3.050
85.	Eletrodo de monitor cardíaco e ecg descartável tam infantil: eletrodo de monitor cardíaco e ecg, descartável, dorso de papel microporoso, adesivo hipoalergênico na face interna, com adesividade garantida em presença de umidade, gel eletrolítico e presilha para encaixe, tamanho infantil, formato em gota. <b>Pct contendo entre 30 e 100 unidades.</b>	UN	750
105.	Fita para aparelho de glicosímetro caixa com 50 tiras: fita para aparelho de glicosímetro para resultados precisos em 25 segundos, caixa com 50 tiras de teste. Volume da amostra 4 ul, permissão para utilização de amostras de sangue capilar, venoso, arterial e neonatal. As tiras não poderão sofrer interferência com mais de 120 substâncias, inclusive po <sup>2</sup> de pacientes em oxigênio terapia. 37 AparelhoS em comodato. Validade no mínimo 2 anos. Caixa com 50 tiras de teste.	CX	740

Para ampliar a participação no **item 155 – Combo teste desafio**, a Coordenação da UPA 24 horas solicitou via CI n.º 86/2021 alteração do descritivo. Contudo, face a necessidade de se cotar o item em comento, com a nova especificação, a Pregoeira decide pela **SUPRESSÃO** do referido item.

Face as alterações promovidas a **DATA DE ABERTURA** do certame **FICA REMARCADA para o dia 03/09/2021** as 09:30 mn no Setor de Compras, sito a Rua Antônio Dias dos Santos, n.º 148, Centro, Sarzedo/MG.

O **EDITAL RETIFICADO** encontra se a disposição dos interessados no site [www.sarzedo.mg.gov.br](http://www.sarzedo.mg.gov.br).

Sarzedo/MG, 20 de Agosto de 2021.

Fernanda Cristina Rezende Oliveira

Pregoeira



CI nº: 86/2021

De: Upa 24h Oldack Pinheiro de Rezende.

Para: Fernanda

Setor de Compras e Contratos.

Assunto: Adendo ao descritivo do Item 155 do Processo Licitatório nº 103/2021 (pregão presencial nº 58/2021).

Data: 04/08/2021.

Solicito por gentileza adequação e nova publicação do descritivo – Item nº 155 do Processo Licitatório nº 103/2021 (pregão presencial nº 58/2021).

Onde se lê:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
155	Combo pacote teste desafio reutilizável pacote :pacote desafio: combo pacote teste desafio reutilizável, projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor, simulando a resistência de um pacote desafio padrão aami de 16 toalhas, para monitoramento de rotina de esterilizadores a vapor com bomba de vácuo (pré-vácuo) a pelo menos 4 minutos a 134°C. O pacote teste desafio deverá ser utilizado com indicador biológico juntamente com os integradores tipo 5 6 da norma iso 11140-1:2014. O pacote teste desafio deve ser confeccionado em material resistente e impermeável ao vapor, deve possuir em uma das extremidades uma tampa por onde será introduzido os indicadores e do outro lado um canulado que permita a retirada do ar e a penetração do vapor. Dever conter um pacote com 250 integradores classe 5 e 200 indicadores biológicos, leitura biológica rápida entre 3 a 5 horas para leitura de crescimento de esporos para monitorar ciclos de esterilização por vapor e para ciclos. A empresa deve fornecer em comodato incubadora de leitura rápida dos biológicos. Produto isento de registro no m.s. conforme rdc 185/2001 e enquadramento sanitário como - produtos não considerados produtos para a saúde. Quantidade: 04 unidades (totalizando 800 biológicos e 1000 integradores químicos).	PT	6

Modificar para:

Combo pacote teste desafio reutilizável pacote :pacote desafio: combo pacote teste desafio reutilizável, projetado para desafiar o processo de esterilização a vapor, simulando a resistência de um pacote desafio padrão AAMI de 16 toalhas, para monitoramento de rotina de esterilizadores a vapor com bomba de vácuo (pré-vácuo) a pelo menos 4 minutos a 134°C. O pacote teste desafio deverá ser utilizado com indicador biológico juntamente com os integradores tipo 5 6 da norma ISO 11140- 1:2014. O pacote teste desafio deve ser confeccionado em material resistente e impermeável ao vapor, deve possuir em uma das extremidades uma tampa por onde será introduzido os indicadores e do outro lado um canulado que permita a retirada do ar e a penetração do vapor. Dever conter um pacote com 250 integradores classe 5 e 200 indicadores biológicos, leitura biológica rápida entre 3 a 5 horas para leitura de crescimento de esporos para monitorar ciclos de esterilização por vapor e para ciclos. A empresa deve fornecer em comodato incubadora de leitura rápida dos biológicos. Produto isento de registro no MS. conforme RDC 185/2001 e enquadramento sanitário como - produtos não considerados produtos para a saúde. Quantidade: 04 unidades (totalizando 800 biológicos e 1000 integradores químicos).

OU

Pacote teste/desafio para processo de esterilização a vapor, pronto para uso.

Pacote Teste PCD (Pacote desafio de Processo), pronto para uso, destinado à monitoração de processo de esterilização a vapor, constituído por folhas de papel filtro que simulam barreiras



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**UPA24h** Oldack Pinheiro de Rezende  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



para penetração de vapor conforme AAMI, integrador químico Classe V multiparamétrico e indicador biológico de leitura em até 3 horas, por fluorescência.

Deve possuir ampola controle na mesma embalagem da ampola teste, do mesmo lote.

Deve possuir indicador químico externo para identificação de produtos já processados.

Adequado para ciclos de esterilização de 134°C por 3,5 min e 121°C por 20 min.

Quantidade: 360 Pacotes.

**Justificativa:** Favorecer a ampla concorrência entre as empresas participantes.

Sendo só para o momento agradeço e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



**RICARDO GUALBERTO MEDEIROS**  
*Diretor Administrativo*  
*Especialista em Vigilância em Saúde*  
*Coren-MG 184.812*

